



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

Институт по информационни и
комуникационни технологии-БАН

Изм. № 468/15.06.2020 г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с постъпили запитвания по документацията за участие по горепосочената обществена поръчка, на основание чл. 33 от ЗОП Възложителя прави следните разяснения по публикувана в „Профила на купувача“ на ИИКТ-БАН, обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Доставка на система за индустриална рентгенова компютърна томография с висока резолюция за Лаборатория за 3D дигитализация и микроструктурен анализ по проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

Въпрос 1: „В раздел IV „Технически спецификации“, в т. 1 „Допълнителни изисквания подлежащи на оценка“ от документацията за участие е поставено следното изискване – „Допълнителен детектор - Допълнителен детектор от тип CCD (charge-coupled device) камера с минимална резолюция 4000x2600 пиксела или от тип HPC (hybrid photon counting) детектор с минимална резолюция 1000x500 пиксела“.

Моля да поясните дали този допълнителен детектор следва да бъде включен в офертата или ще се оценява възможността за добавяне на такъв тип детектор на по-късен етап?

Отговор 1: В раздел VI „Критерий за възлагане на поръчката“ от документацията за участие в процедурата, възложителят е посочил:

www.eufunds.bg

„Показател 2 (П2) = Допълнителен детектор от тип CCD (charge-coupled device) камера с минимална резолюция 4000x2600 пиксела или от тип HPC (hybrid photon counting) детектор с минимална резолюция 1000x500 пиксела.

Точки на показателя: 20.“

В забележката към Показател 2 изрично е посочено, че „На участник, предложил допълнителен детектор съответстващ на посочените изисквания се присъждат 20 т. При липса на предложен допълнителен детектор на участникът/ците не се присъждат точки по посочения показател.“

Въпрос 2: „ В раздел IV „Технически спецификации“, в т. 1 „ Допълнителни изисквания подлежащи на оценка“ от документацията за участие е поставено следното изискване – „Разделителна способност - Предлагащата максимална разделителна способност следва да е в интервал: 0.0004 mm - 0.0006 mm, включително.“.

От така зададения параметър не става ясно дали се изисква програмируема разделителна способност в целия интервал от 0.0004 mm - 0.0006 mm или се изисква стойността на разделителната способност да попада в този интервал. В тази връзка отговаря ли на заложеното изискване разделителна способност, която е 0.0005 mm?

Отговор 2: В раздел VI „Критерий за възлагане на поръчката“ от документацията за участие в процедурата, възложителят е посочил

„Показател 3 (ПЗ) Максимална разделителна способност.

Максимум точки на показателя: 16.

Изчислява се, както следва:

$$P3 = \frac{Q_{max}}{Q} \times 16,$$



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ПО
ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И
КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ

където $Q_{\max}$ е максимално предложената разделителна способност. Q е максималната разделителна способност предложена от съответния участник. Предлагащата максимална разделителна способност следва да е в интервал: 0.0004 mm - 0.0006 mm, включително.

Максимална разделителна способност се определя в съответствие с теста за резолюция на микро-фокусни рентгенови системи на JIMA (Japan Inspection Instruments Manufacturers' Association) или еквивалентен специализиран тест.“

Възложител: На осн. чл. 2 от
ЗЗЛД

Проф

Директор на ИИКТ-БАН

