

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В
ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО
ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ – БАН, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“**

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1

**1. Съответствие на минималните технически характеристики за Обособена позиция
1 - Доставка на лиофилизатор, подходящ за работа с органични разтворители**

- Таблица 1. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник „ЛАБПРИМ ЕООД“ за Обособена позиция 1



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

- Таблица 1. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник „ЛАБПРИМ“ ЕООД за Обособена позиция 1

Минимални технически характеристики, изискани от Възложителя за обособена позиция 1		Минимални технически характеристики, предлагани от „ЛАБПРИМ“ ЕООД		
№	Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника	Марка, модел, производител	Съответствие спрямо техническите характеристики изисквани от Възложителя и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.)
1	2	3	4	5
1	Доставка на лиофилизатор, подходящ за работа с органични разтворители	Доставка на лиофилизатор, подходящ за работа с органични разтворители	Леофилизатор Christ, модел Alpha 3-4 LSCbasic, производител Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH - Германия	Приложени са извадки от Брошура Christ, Каталог аксесоари и Каталог Fiocchetti с превод на български език
	Капацитет на кондензера: 4 кг или по-голям;	Капацитет на кондензера: 4 кг		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Обем на камерата на кондензера: минимум 10 литра	Обем на камерата на кондензера: 11 литра		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.14</i>
Камера от борсиликатно/минерално стъкло, окомплектована с не по-малко от 3 метални рафта с ръб с диаметър 250÷280 мм. Дистанция между рафтовете между 70 и 90 мм	Камера от минерално стъкло, окомплектована с 3 метални рафта с ръб с диаметър 265 мм. Дистанция между рафтовете 79 мм		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.13, Каталог Аксесоари: стр.27</i>
Кондензерът да е изработен от неръждаема стомана тип 316L или еквивалент или по-висок клас	Кондензерът е изработен от неръждаема стомана тип 316L		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.13</i>
Вграден контролер за настройка и визуализиране на работните параметри	Вграден контролер за настройка и визуализиране на работните параметри		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.9</i>
Температура на кондензера: минус 105°C или по-ниска	Температура на кондензера: минус 105°C		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.14</i>




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Производителност на кондензера: минимум 2.5 кг/24ч	Производителност на кондензера: 2.5 кг/24ч		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.14</i>
Вакуум сензор	Вакуум сензор		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.14</i>
Електромагнитен вентил за контрол на налягането	Електромагнитен вентил за контрол на налягането, номер 125910		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Каталог Аксесоари: стр.95</i>
Връзка или клапан за осигуряване на инертна атмосфера	Връзка за осигуряване на инертна атмосфера		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.13</i>
Вграден клапан за вентилиране	Вграден клапан за вентилиране		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.14</i>
Функция за размразяване	Функция за размразяване		Посоченият параметър отговаря на зададените от



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

http://www.igic.bas.bg/

			Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.14</i>
	Окомплектовка към стъклената камера: минимум 12 химически устойчиви вентила за сушене в колби	Окомплектовка към стъклената камера: 12 химически устойчиви вентила за сушене в колби	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.13</i>
	Наличие на основна плоча за сушене в камерата	Наличие на основна плоча за сушене в камерата	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.13</i>
	Химически устойчива хибридна вакуум помпа с филтър, с капацитет не по-нисък от 5.8 м ³ /ч	Химически устойчива хибридна вакуум помпа RC 6 номер 125295 с филтър с капацитет 5.9 м ³ /ч	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.13, Каталог Аксесоари: стр.92</i>
	Краен вакуум осигуряван от вакуум помпата: 2 милибара или по-нисък/по-дълбок	Краен вакуум осигуряван от вакуум помпата: 0.002 милибара (2x10 ⁻³)	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Каталог Аксесоари: стр.92</i>
	Вакуум маркуч от неръждаема стомана	Вакуум маркуч от неръждаема стомана	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

http://www.igic.bas.bg/

			технически характеристики <i>Брошура Christ: стр.13</i>
	Окомплектовка към системата: компактен фризер за предварително замразяване на пробите с размери не по-големи от 55 x 70 x 65 см (Ш x Д x В) с възможност за регулиране на температурата от минус 15 до минус 30 °C или интервал по-широк от указания	Окомплектовка към системата: компактен фризер за предварително замразяване на пробите с размери 55 x 66 x 63.5 см (Ш x Д x В) с възможност за регулиране на температурата от минус 15 до минус 32 °C	Фризер, модел Superfreezer Eco 70, производител C.F. di Ciro Fiocchetti & C. s.p.a. - Италия Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Fiocchetti: стр.48</i>

Комисия:

Председател: Гергана Илиева Пашеи

Членове:

проф. Виолета Георгиева Колева -

доц. Албена Кирилова Дечева -

доц. Диана Тодорова Рабаджиева -

гл. ас. Любомир Ивов Александров -

Записана информация на основание чл. 37 от ЗОП

Записана информация на основание чл. 37 от ЗОП