

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ НА ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ – БАН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

1. Съответствие на минималните технически характеристики за Обособена позиция 3 - Доставка на лабораторна центрофуга

Таблица 1. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник Лабприм ЕООД

Таблица 2. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД

Таблица 3. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник Лабтех ЕООД

Таблица 4. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник Аналитичен сервиз и консултации ООД

Таблица 5. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник ЕТ „ВАЛЕРУС – ВАЛЕРИ РУСИНОВ“

Таблица 6. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник Сайънтакт-БГ ООД



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Таблица 1. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник Лабприм ЕООД - за Обособена позиция 3

Минимални технически характеристики, изискани от Възложителя за обособена позиция 2		Минимални технически характеристики, предлагани от Лабприм ЕООД		
№	Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника	Марка, модел, производител	Съответствие спрямо техническите характеристики изисквани от Възложителя и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.)
1	2	3	4	5
1	Лабораторна центрофуга – 1 брой.		Лабораторна центрофуга модел Sigma 2-7, Фирма производител Sigma Laborzentrifugen GmbH	Приложени са извадки от Брошура Sigma 2-7 на български и английски език
	Микропроцесорен контрол	Микропроцесорен контрол		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики Брошура Sigma 2-7, стр. 16
	Вграден контролер с дигитален дисплей	Вграден контролер с дигитален дисплей		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

			технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 16</i>
Максимална скорост: минимум 4000 об/мин	Максимална скорост: 4000 об/мин		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 17</i>
Капацитет: минимум 400 мл	Капацитет: 400 мл		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 17</i>
Възможност за отложен старт	Възможност за отложен старт		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 17</i>
Автоматичен контрол за дебалансиране	Автоматичен контрол за дебалансиране		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 4 и 16</i>
Материал на камерата - неръждаема стомана	Материал на камерата - неръждаема стомана		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 4</i>



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

	Ниво на шум: не повече от 60 децибела при максимална скорост	Ниво на шум: 54 децибела при максимална скорост		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 17</i>
	Таймер за настройка от 10 сек. до 90 минути или обхват по-широк от посоченият	Таймер за настройка от 10 сек. до 99 минути 59 сек		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 16</i>
	Окомплектовка: летящ ротор с минимум 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин или по-високи, окомплектован с минимум 4 държача/кошници за епруветки, минимум 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост	Окомплектовка: летящ ротор с 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин или по-високи, окомплектован с 4 държача/кошници за епруветки, минимум 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост	Летящ ротор 11071, окомплектован с 4 броя държача/кошници 13299, 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл 15100 и 4 броя адаптори 16051, Фирма производител Sigma Laborzentrifugen GmbH	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Sigma 2-7, стр. 8</i>



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

http://www.igic.bas.bg/

Таблица 2. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД - за Обособена позиция 3

Минимални технически характеристики, изискани от Възложителя за обособена позиция 2		Минимални технически характеристики, предлагани от „ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД		
№	Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника	Марка, модел, производител	Съответствие спрямо техническите характеристики изисквани от Възложителя и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.)
1	2	3	4	5
1	Лабораторна центрофуга – 1 брой.		Марка Dragon LAB, model DM0412	Приложени са извадки от каталог на <i>DLAB</i> на български и английски език. Няма номерация на страниците на българския вариант В първата страница в българския вариант и стр 82 от английския вариант на представените брошури са посочени общи характеристики на клиничните центрофуги на <i>DLAB</i> , като не е ясно дали са




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

			валидни и за посоченият модел.
	Микропроцесорен контрол	Микропроцесорен контрол - CPU	Декларираното от участника НЕ отговаря на действителната характеристика на модела Даденото от участника описание (CPU), фигурира в <i>Документ с описание DLAB на български език 1 стр</i> и касае общите характеристики на клиничните центрофуги на DLAB, но липсва като описание за конкретния модел <i>Документ с описание DLAB на български език 2 стр</i>
	Вграден контролер с дигитален дисплей	Вграден контролер с дигитален дисплей	По отношение на дигиталния дисплей отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики Няма доказателство в представените документи за наличие на вграден контролер Има несъответствие между декларираното от участника и текста в приложената брошура Точният текст е „Лесно“




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

			програмиране за постигане на висока точност и контрол на скоростта. <i>Документ с описание DLAB на български език 2 стр,</i> <i>Характеристики</i>
	Максимална скорост: минимум 4000 об/мин	Максимална скорост: 4500 об/мин	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Документ с описание DLAB на български език 2 стр,</i> <i>Спецификация</i>
	Капацитет: минимум 400 мл	Липсва деклариранни данни от участника	Посоченият параметър НЕ отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики В представените документи фигурира максимален обем 300 мл (6x50 мл) <i>Документ с описание DLAB на български език 2 стр</i>
	Възможност за отложен старт	Възможност за отложен старт	В представените документи липсва доказателство за параметъра „Възможност за отложен старт“



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Автоматичен контрол за дебалансиране	Високоустойчивите пластмасови ротори осигуряват отличен баланс за да гарантират устойчива работа		Посоченият параметър НЕ отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Документ с описание DLAB на български език 2 стр</i>
Материал на камерата - неръждаема стомана	Материал на камерата - неръждаема стомана		Има несъответствие между декларираното от участника и текста в приложената брошура Точният текст е: „Двойното защитно покритие е преимущество за безопасни процедури.“ <i>Документ с описание DLAB на български език 1 стр</i> , касае общите характеристики на клиничните центрофуги на DLAB, липсва като описание за конкретния модел <i>Документ с описание DLAB на български език 2 стр</i>
Ниво на шум: не повече от 60 децибела при максимална скорост	Ниво на шум: ≤ 56 децибела при максимална скорост		НЕ съответства - липсва информация за ниво на шум в представената брошура на български език. <i>Документ с описание DLAB на български език 2 стр</i>




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

	Таймер за настройка от 10 сек. до 90 минути или обхват по-широк от посоченият	Таймер за настройка от 30 сек. до 99 минути		Посоченият параметър Неотговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики по минимална стойност <i>Документ с описание DLAB на БГ 2 стр, Спецификация</i>
	Окомплектовка: летящ ротор с минимум 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин или по-високи, окомплектован с минимум 4 държача/кошници за епруветки, минимум 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост	Окомплектовка: летящ ротор с 6 гнезда за 50 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин окомплектован с 4 държача/кошници за епруветки, 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост		Посоченият параметър Неотговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Документ с описание DLAB на ЕНГ 3 стр. Страницата не е преведена на български език.</i>



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Таблица 3. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник
Лабтех ЕООД - за Обособена позиция 3

Минимални технически характеристики, изискани от Възложителя за обособена позиция 2		Минимални технически характеристики, предлагани от Лабтех ЕООД		
№	Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника	Марка, модел, производител	Съответствие спрямо техническите характеристики изисквани от Възложителя и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.)
1	2	3	4	5
1	Лабораторна центрофуга – 1 брой.		Марка: MPW Med. Instruments Производител: MPW Med. Instruments - Полша Модел: MPW MDIAGNOSTIC	Представена е брошура за модел M DIAGNOSTIC № 102MD на български и английски език
	Микропроцесорен контрол	Микропроцесорен контрол (индивидуална брошура, стр. 2);		Няма доказателство в представените документи за наличие на микропроцесорен контрол
	Вграден контролер с дигитален дисплей	Вграден контролер с дигитален дисплей (индивидуална брошура,		По отношение на дигиталния дисплей отговаря на




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svt.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

	стр. 2)		зададените от Възложителя минимални технически характеристики Няма доказателство в представените документи за наличие на вграден контролер <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>
Максимална скорост: минимум 4000 об/мин	Максимална скорост: 6000 об/мин (индивидуална брошура, стр. 2)		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>
Капацитет: минимум 400 мл	Капацитет: 500 мл (индивидуална брошура, стр. 2)		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>
Възможност за отложен старт	Възможност за отложен старт (индивидуална брошура, стр. 2)		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Автоматичен контрол за дебалансиране	Автоматичен контрол за дебалансиране		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>
Материал на камерата - неръждаема стомана	Материал на камерата - неръждаема стомана (индивидуална брошура, стр. 2)		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>
Ниво на шум: не повече от 60 децибела при максимална скорост	Ниво на шум: ≤ 60 децибела при максимална скорост (индивидуална брошура, стр. 2)		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>
Таймер за настройка от 10 сек. до 90 минути или обхват по-широк от посоченият	Таймер за настройка от 1 сек. до 99 ч 59мин 59 сек или непрекъснат режим на работа (индивидуална брошура, стр. 2)		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Индивидуална брошура, стр. 2</i>
Окомплектовка: летящ ротор с минимум 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин или по-високи, окомплектован с	Окомплектовка: летящ ротор с 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин (Кат. № 12183),	Летящ ротор 4x100 ml: Кат. № 12183 Кошница 100 ml: Кат. № 13182	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

минимум 4 държача/кошници за епруветки, минимум 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост	окомплектован с 4 държача/кошници за епруветки (Кат. № 13182) и 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл (Кат. № 15040) (индивидуална брошура, стр. 3, 5)		<i>Индивидуална брошура, стр. 3 и 5</i>
--	---	--	---



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Таблица 4. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник
Аналитичен сервис и консултации ООД - за Обособена позиция 3

Минимални технически характеристики, изискани от Възложителя за обособена позиция 2		Минимални технически характеристики, предлагани от Аналитичен сервис и консултации ООД		
№	Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника	Марка, модел, производител	Съответствие спрямо техническите характеристики изисквани от Възложителя и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.)
1	2	3	4	5
1	Лабораторна центрофуга – 1 брой.		BIOBASE BIOINDUSTRY (SHANDONG) CO., LTD	Не е деклариран конкретен модел В приложената брошура техническите характеристики са за модел ВКС-TL5. Няма номерация на страниците Не е представена оригинална брошура на английски език Оригинална брошура е налична в сайта http://www.biobase.cc/upload/202005/30/202005300846081351.jpg g




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

	Микропроцесорен контрол	Микропроцесорен контрол		Има НЕ съответствие между декларираното от участника и описанието на параметъра в брошурата <i>Брошура BIOBASE 1 стр</i> Точният текст е „интелигентен контрол“
	Вграден контролер с дигитален дисплей	Вграден контролер с дигитален дисплей		По отношение на дигиталния дисплей отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики Няма доказателство в представените документи за наличие на вграден контролер <i>Брошура BIOBASE 1 стр</i>
	Максимална скорост: минимум 4000 об/мин	Максимална скорост: 5000 об/мин		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура BIOBASE стр. 2</i>
	Капацитет: минимум 400 мл	Капацитет: 400 мл		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура BIOBASE 1 стр</i>
	Възможност за отложен старт	Интелигентно управление		Посоченият параметър НЕ отговаря на зададените от




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

				Възложителя минимални технически характеристик В представените документи и в оригиналната брошура липсва информация за наличието на параметъра „Възможност за отложен старт“
	Автоматичен контрол за дебалансиране	Автоматичен контрол за дебалансиране		Посоченият параметър НЕ отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики. В представените документи и в оригиналната брошура липсва информация за наличието на параметъра „Автоматичен контрол за дебалансиране“
	Материал на камерата - неръждаема стомана	Материал на камерата - неръждаема стомана		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура BIOBASE 1 стр</i>
	Ниво на шум: не повече от 60 децибела при максимална скорост	Ниво на шум: ≤ 60 децибела при максимална скорост		Декларираното от участника (<i>Брошура BIOBASE 2 стр</i>) НЕ отговаря на действителната характеристика на модела в оригиналната брошура (<65 dB) http://www.biobase.cc/upload/202005/30/202005300846081351.jp




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

				g
	Таймер за настройка от 10 сек. до 90 минути или обхват по-широк от посоченият	Таймер за настройка от 0 до 99 ч 59мин		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура BIOBASE 2 стр</i>
	Окомплектовка: летящ ротор с минимум 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин или по-високи, окомплектован с минимум 4 държача/кошници за епруветки, минимум 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост	Окомплектовка: летящ ротор с 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 5000 4 държача/кошници за епруветки 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл адаптор		Декларираната окомплектовка отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики В представената брошура няма доказателство за държачите, епруветките и адапторите. <i>Брошура BIOBASE 2 стр.</i>



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801


ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

http://www.igic.bas.bg/

Таблица 5. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник

ЕТ „ВАЛЕРУС – ВАЛЕРИ РУСИНОВ“- за Обособена позиция 3

Минимални технически характеристики, изискани от Възложителя за обособена позиция 2		Минимални технически характеристики, предлагани от ЕТ „ВАЛЕРУС – ВАЛЕРИ РУСИНОВ“		
№	Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника	Марка, модел, производител	Съответствие спрямо техническите характеристики изисквани от Възложителя и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.)
1	2	3	4	5
1	Лабораторна центрофуга – 1 брой.		Модел: Multibas+ Марка: „Nachita Blue“ Производител: „Оксилаб“ - Испания.	Приложена е Брошура на български и английски език Няма номерация на страниците на брошурите
	Микропроцесорен контрол	Микропроцесорен контрол		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики Брошура Multibas+ стр. 2
	Вграден контролер с дигитален	Вграден контролер с дигитален дисплей		По отношение на дигиталния дисплей отговаря на




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

дисплей			зададените от Възложителя минимални технически характеристики Няма доказателство в представените документи за наличие на вграден контролер
Максимална скорост: минимум 4000 об/мин	Максимална скорост: 5000 об/мин		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Multibas+ стр. 2</i>
Капацитет: минимум 400 мл	Капацитет: минимум 400 мл		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Multibas+ стр. 2</i>
Възможност за отложен старт	Възможност за отложен старт		В представените документи и в оригиналната брошура липсва доказателство за наличието на параметъра „Възможност за отложен старт“
Автоматичен контрол за дебалансиране	Автоматичен контрол за дебалансиране		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Multibas+ стр. 2</i>




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Материал на камерата - неръждаема стомана	Материал на камерата - неръждаема стомана	Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Multibas+ стр. 2</i>
Ниво на шум: не повече от 60 децибела при максимална скорост	Ниво на шум: 60 децибела при максимална скорост	Декларираното от участника (<i>Брошури Multibas+ стр. 2</i>) НЕ отговаря на действителната характеристика на модела в оригиналната брошура (≤ 65 dB) https://www.auxilab.es/controles/ObtenerPDF.ashx?f=%5c00%5c00%5cc1%5c0d_F_GNC001_I.pdf
Таймер за настройка от 10 сек. до 90 минути или обхват по-широк от посоченият	Таймер за настройка от 10 сек. до 90 минути	Декларираното от участника (<i>Брошури Multibas+ стр. 2</i>) НЕ отговаря на действителната характеристика на модела в оригиналната брошура (https://www.auxilab.es/controles/ObtenerPDF.ashx?f=%5c00%5c00%5cc1%5c0d_F_GNC001_I.pdf) където липсва информация за долната граница. Горната граница отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

	Окомплектовка: летящ ротор с минимум 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин или по-високи, окомплектован с минимум 4 държача/кошници за епруветки, минимум 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост	Окомплектовка: летящ ротор с 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 5000 об/мин и по-високи, окомплектован с 4 държача/кошници за епруветки, 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл.	
			<i>Брошура Multibas+ стр. 2</i> Посочената окомплектовка отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики. В брошурите няма доказателства за държача/кошници за епруветки и за центрофужни епруветки <i>Брошура Multibas+ стр. 2</i>



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ


тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Таблица 6. Съответствие на минималните технически характеристики, съгласно техническото предложение на участник Сайънтакт-БГ ООД- за Обособена позиция 3

Минимални технически характеристики, изискани от Възложителя за обособена позиция 2		Минимални технически характеристики, предлагани от Сайънтакт-БГ ООД		
№	Описание съгласно техническата спецификация на Възложителя	Описание на вида и характеристиките предлагани от участника	Марка, модел, производител	Съответствие спрямо техническите характеристики изисквани от Възложителя и точно мястото където могат да бъдат удостоверени (вид документ (стр.), хипервръзка и др.)
1	2	3	4	5
1	Лабораторна центрофуга – 1 брой.		Digicen 21, CE 110, Orto Alresa	Представена е брошура на български и английски език
	Микропроцесорен контрол	Микропроцесорен контрол		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики Брошура Digicen 21 стр. 2
	Вграден контролер с дигитален дисплей	LCD екран с регулируеми бутони за скорост		По отношение на дигиталния дисплей отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики Няма доказателство в




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

				представените документи за наличие на вграден контролер <i>Брошура Digicen 21 стр. 2</i>
	Максимална скорост: минимум 4000 об/мин	Максимална скорост: 16500 RPM		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Digicen 21 стр. 2</i>
	Капацитет: минимум 400 мл	Капацитет: 4x100 мл		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Digicen 21 стр. 2</i>
	Възможност за отложен старт	Няма възможност за отложен старт		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Digicen 21 стр. 2</i>
	Автоматичен контрол за дебалансиране	Детекция за дисбаланс и изключване		В представените документи и в оригиналната брошура липсва доказателство за наличието на параметъра „Възможност за отложен старт“
	Материал на камерата - неръждаема стомана	Материал на камерата - неръждаема стомана		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Digicen 21 стр. 2</i>
				Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Multibas+ стр. 2</i>




БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Ниво на шум: не повече от 60 децибела при максимална скорост	Ниво на шум: 60 децибела при максимална скорост		Посоченият параметър отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Digicen 21 стр. 2</i>
Таймер за настройка от 10 сек. до 90 минути или обхват по-широк от посоченият	Таймер за настройка от 1 до 99 минути програмируем в 5 сек стъпки и задържане на позицията		Посоченият параметър НЕ отговаря на долната граница на зададените от Възложителя минимални технически характеристики <i>Брошура Digicen 21 български език стр. 2</i>
Окомплектовка: летящ ротор с минимум 4 гнезда за 100 мл епруветки, подходящ за обороти до 4000 об/мин или по-високи, окомплектован с минимум 4 държача/кошници за епруветки, минимум 4 броя центрофужни епруветки с обем 100 мл и съответните адаптори при необходимост	Окомплектовка: летящ ротор с 4 гнезда за 100 мл епруветки, с максимална скорост 5000 RPM и, окомплектован с 4 държача/кошници за епруветки и 8 броя центрофужни епруветки	RT 138, RE 446, RE 341 Orto Alresa	Посочената окомплектовка НЕ отговаря на зададените от Възложителя минимални технически характеристики. <i>Брошура Digicen 21 български език стр. 3</i> Има несъответствие между декларираните брой на държачите и брой на епруветките. Не е посочен обема на епруветките.



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
ИНСТИТУТ ПО ОБЩА И НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ

тел. 00359 2 8724801

ел. поща: info@svr.igic.bas.bg

<http://www.igic.bas.bg/>

Председател: Гергана Илиева Паше

Членове:

проф. Виолета Георгиева Колева -

доц. Албена Кирилова Дечева -

доц. Диана Тодорова Рабаджиева -

гл. ас. Любомир Ивов Александров - ..

Задължена информация на основание чл. 37 от ЗОП

Задължена информация на основание чл. 37 от ЗОП